名称：河南国康辅助器具检验中心有限公司

地址：河南省安阳市内黄县帝喾大道北 268 号（康复设备产业园内）

注册号：CNAS L23104

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 04 月 27 日　　截止日期：2031 年 04 月 26 日

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
有源医疗器械通用要求						
1	医用电气设备	1	ME 设备或 ME 系统的应用条件	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.1		2025-04-27
		2	ME 设备或 ME 系统的风险管理过程	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.2		2025-04-27
		3	基本性能	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.3		2025-04-27
		4	预期使用寿命	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.4		2025-04-27

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	ME 设备或 ME 系统替代的风险控制措施或试验方法	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.5		2025-04-27
		6	与患者接触的 ME 设备或 ME 系统的部分	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.6		2025-04-27
		7	ME 设备的单一故障状态	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.7		2025-04-27
		8	ME 设备的元器件	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.8		2025-04-27
		9	ME 设备中高完善性元器件的使用	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.9		2025-04-27
		10	电源供应	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.10		2025-04-27
		11	输入功率	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 4.11		2025-04-27
		12	型式试验	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.1		2025-04-27
		13	样品数量	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.2		2025-04-27
		14	环境温度、湿度和大气压	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.3		2025-04-27
		15	其他条件	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.4		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	供电电压、电流类型、供电方式和频率	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.5		2025-04-27
		17	修理和整改	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.6		2025-04-27
		18	潮湿预处理	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.7		2025-04-27
		19	试验顺序	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.8		2025-04-27
		20	应用部分和可触及部分的判定	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 5.9		2025-04-27
		21	ME设备和ME系统的分类	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 6	6.4 灭菌的方法、6.5 适合富氧环境下的使用，仅限核查资料	2025-04-27
		22	标识、标记和文件的可用性	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.1.1		2025-04-27
		23	标记易认性	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.1.2		2025-04-27
		24	标记耐久性	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.1.3		2025-04-27
		25	ME设备和可更换部件上标记的最低要求	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.1		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		26	标识	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.2		2025-04-27
		27	查阅随附文件	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.3		2025-04-27
		28	附件	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.4		2025-04-27
		29	预期接收其他设备电能的ME设备	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.5		2025-04-27
		30	与供电网的连接	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.6		2025-04-27
		31	来自供电网的电气输入功率	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.7		2025-04-27
		32	输出连接器	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.8		2025-04-27
		33	IP分类	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.9		2025-04-27
		34	应用部分	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.10		2025-04-27
		35	运行模式	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.11		2025-04-27
		36	熔断器	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.12		2025-04-27
		37	生理效应（安全标志和警告说明）	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.13		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		38	高电压接线端子装置	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.14		2025-04-27
		39	冷却条件	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.15		2025-04-27
		40	机械稳定性	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.16		2025-04-27
		41	保护性包装	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.17		2025-04-27
		42	外部压力源	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.18		2025-04-27
		43	功能接地端子	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.19		2025-04-27
		44	可拆卸的保护装置	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.20		2025-04-27
		45	移动的ME设备的质量	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.2.21		2025-04-27
		46	电热元件或灯座	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.3.1		2025-04-27
		47	高电压部件	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.3.2		2025-04-27
		48	电池	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.3.3		2025-04-27
		49	熔断器，热断路器和过流释放器	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.3.4		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		50	保护接地端子	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.3.5		2025-04-27
		51	功能接地端子	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.3.6		2025-04-27
		52	供电端子	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.3.7		2025-04-27
		53	供电端子的温度	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.3.8		2025-04-27
		54	控制器和仪表的标记	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.4		2025-04-27
		55	安全标志	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.5		2025-04-27
		56	符号	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.6		2025-04-27
		57	导线绝缘的颜色	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.7		2025-04-27
		58	指示灯和控制器	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.8		2025-04-27
		59	概述	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.9.1		2025-04-27
		60	使用说明书	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.9.2		2025-04-27
		61	技术说明书	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 7.9.3		2025-04-27
		62	电击防护的基本原则	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.1		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		63	连接到独立电源	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.2.1		2025-04-27
		64	连接到外部直流电源	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.2.2		2025-04-27
		65	应用部分的分类	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.3		2025-04-27
		66	预期用于传送电流的患者连接	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.4.1		2025-04-27
		67	可触及部分和应用部分	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.4.2		2025-04-27
		68	预期通过插头连接到电源的ME设备	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.4.3		2025-04-27
		69	内部电容电路	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.4.4		2025-04-27
		70	部件的隔离	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.5		2025-04-27
		71	ME设备的保护接地、功能接地和电位均衡	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.6		2025-04-27
		72	漏电流和患者辅助电流	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.7		2025-04-27
		73	绝缘	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.8		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		74	爬电距离和电气间隙	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.9		2025-04-27
		75	元器件和电线	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.10		2025-04-27
		76	网电源部分、元器件和布线	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 8.11		2025-04-27
		77	ME设备的机械危害	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 9.1		2025-04-27
		78	与运动部件相关的机械危险	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 9.2		2025-04-27
		79	与面、角和边相关的机械危险	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 9.3		2025-04-27
		80	不稳定性的危险（源）	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 9.4		2025-04-27
		81	飞溅物危险（源）	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 9.5		2025-04-27
		82	声能（包括次声和超声）和振动	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 9.6		2025-04-27
		83	压力容器与气压和液压部件	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 9.7		2025-04-27
		84	支撑系统相关的机械危险	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 9.8		2025-04-27
		85	X射线辐射	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 10.1	不测 10.1.1	2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		86	α、β、γ、中子和其他粒子辐射	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 10.2		2025-04-27
		87	微波辐射	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 10.3		2025-04-27
		88	其他可见电磁辐射	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 10.5		2025-04-27
		89	红外线辐射	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 10.6		2025-04-27
		90	紫外线辐射	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 10.7		2025-04-27
		91	ME设备的超温	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 11.1		2025-04-27
		92	防火	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 11.2		2025-04-27
		93	ME设备防火外壳的结构要求	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 11.3		2025-04-27
		94	溢流、液体泼洒、泄露、水或颗粒物质侵入、清洗、消毒、灭菌和ME设备所用材料的相容性	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 11.6	不测 IPX8	2025-04-27
		95	ME设备的供电电源/供电网中	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 11.8		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			断			
		96	控制器和仪表的准确性	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 12.1		2025-04-27
		97	ME 设备的可用性	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 12.2		2025-04-27
		98	报警系统	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 12.3		2025-04-27
		99	危险输出的防护	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 12.4		2025-04-27
		100	特定的危险情况	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 13.1		2025-04-27
		101	单一故障状态	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 13.2		2025-04-27
		102	可编程医用电气系统(PEMS)	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 14		2025-04-27
		103	ME 设备的控制器与指示器的布置	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 15.1		2025-04-27
		104	可维护性	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 15.2		2025-04-27
		105	机械强度	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 15.3		2025-04-27
		106	ME 设备的元器件和通用组件	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 15.4		2025-04-27
		107	ME 设备的网电	医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			源变压器和符合 8.5 隔离的变压器	要求 GB 9706.1-2020 15.5		
		108	ME 系统的通用要求	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.1		2025-04-27
		109	ME 系统的随附文件	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.2		2025-04-27
		110	供电电源	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.3		2025-04-27
		111	外壳	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.4		2025-04-27
		112	隔离装置	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.5		2025-04-27
		113	漏电流	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.6		2025-04-27
		114	机械危险的防护	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.7		2025-04-27
		115	ME 系统部件的电源中断	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.8		2025-04-27
		116	ME 系统连接和布线	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 16.9		2025-04-27
		117	ME 设备和 ME 系统的电磁兼容性	医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 GB 9706.1-2020 17		2025-04-27
2	医用电气设备（电磁兼容）	1	传导发射	医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.1.1		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019 8.2		2025-04-27
		2	辐射发射	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.1.1	仅测试3m距离	2025-04-27
				工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019 8.3.4、9	仅测试3m距离	2025-04-27
		3	谐波失真	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.1.3.1	不测三相设备	2025-04-27
				电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022	不测三相设备	2025-04-27
		4	电压的波动和闪烁	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.1.3.2	不测三相设备	2025-04-27
				电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007	不测三相设备	2025-04-27
		5	静电放电抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.2		2025-04-27
				电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018	仅测试±16kV以下电压等级	2025-04-27
		6	射频电磁场辐射抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.3	不测试验场强超过3V/m（3m条件下）	2025-04-27
				电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023	不测试验场强超过3V/m（3m条件下）	2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	电快速瞬变脉冲群抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.4	仅测试单相16A以下设备	2025-04-27
				电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018	仅测试单相16A以下设备	2025-04-27
		8	浪涌抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.5	仅测试单相16A以下设备	2025-04-27
				电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019	仅测试单相16A以下设备	2025-04-27
		9	射频场感应的传导骚扰抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.6		2025-04-27
				电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017		2025-04-27
		10	在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.7		2025-04-27
				电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023		2025-04-27
		11	工频磁场抗扰度	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY 9706.102-2021 6.2.8.1		2025-04-27
				电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		2025-04-27
3	医用电器产品	1	额定工作低温试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3.3	只测：1. 容积≤1m³，温度≥-80℃，升温速率：≤3℃/min，降温速率：≤1℃	2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					/min；2. 容积≤20m³，温度≥-40℃，升降温速率：1℃/min	
		2	低温贮存试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3.3	只测： 1. 容积≤1m³，温度≥-80℃，升温速率：≤3℃/min，降温速率：≤1℃/min；2. 容积≤20m³，温度≥-40℃，升降温速率：1℃/min	2025-04-27
		3	额定工作高温试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3.3	只测： 1. 容积≤20m³，温度≤80℃，升降温速率：1℃/min；2. 容积≤1m³，温度≤150℃，升温速率：≤3℃/min，降温速率：≤1℃/min	2025-04-27
		4	高温贮存试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3.3	只测： 1. 容积≤20m³，温度≤80℃，升降温速率：1℃/min； 2.	2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					容积≤1m³，温度≤150℃，升温速率：≤3℃/min，降温速率：≤1℃/min	
		5	额定工作湿热试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3.3	只测：1. 容积≤20m³，温度:-40℃～80℃；湿度:20%RH～95%RH；2. 容积≤1m³，温度:-80℃～150℃；湿度:20%RH～98%RH	2025-04-27
		6	湿热贮存试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3.3	只测：容积≤20m³，温度:-40℃～80℃；湿度:20%RH～95%RH；容积≤1m³，温度:-80℃～150℃；湿度:20%RH～98%RH	2025-04-27
		7	振动试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3.3	只测：推力≤50kN； 台面尺寸：1500mmx1500mm	2025-04-27
		8	碰撞试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3.3	只测：负载≤	2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					800kg；台面尺寸：1500mmx1500mm；碰撞频次：≤85次/min	
		9	运输试验	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 4	只测：负载≤600kg；工作台尺寸：2400mm×1700 mm	2025-04-27
		10	外壳防护等级（IP 代码）	外壳防护等级（IP 代码） GB/T 4208-2017	只测：IPX1～IPX8，IP1X～IP6X，浸水装置尺寸：1000mm×800mm×1300mm；IP5X、IP6X：容积 ≤1m³；IPX6：抽气流量：（60～600）L/h	2025-04-27
4	包装件	1	温湿度预处理试验	包装 运输包装件基本试验 第2部分：温湿度调节处理 GB/T 4857.2-2005 全条款	只测：1. 容积≤20m³，温度：-40℃～80℃；湿度：20%RH～95%RH。2. 容积≤1m³，温度：-80℃～150℃；湿度：20%RH～	2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					98%RH。	
		2	静载荷堆码试验	包装 运输包装件基本试验 第3部分： 静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008	只测：方法1：包装件组	2025-04-27
		3	跌落试验	包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992 全条款	只测：重量≤400kg，跌落高度≤1.2m；台面尺寸≤1.2m×1.3m×1.5)m	2025-04-27
		4	正弦定频振动试验	包装 运输包装件基本试验 第7部分：正弦定频振动试验方法 GB/T 4857.7-2005 全条款	只测：推力≤50kN； 频率：(2～2000)Hz； 位移≤100mm； 加速度≤85 m/s²	2025-04-27
		5	正弦变频振动试验	包装 运输包装件基本试验 第10部分：正弦变频振动试验方法 GB/T 4857.10-2005 全条款	只测：推力≤50kN； 频率：(2～2000)Hz； 位移≤100mm； 加速度≤85 m/s²	2025-04-27
		6	垂直随机振动试验	包装 运输包装件基本试验 第23部分：垂直随机振动试验方法 GB/T 4857.23-2021 全条款	只测：推力≤50kN； 频率：(2～2000)Hz； 位移≤100mm； 加速度≤85 m/s²	2025-04-27
		7	水平冲击试验	包装 运输包装件基本试验 第11部分：水平冲击试验方法 GB/T 4857.11-2005 4.2	只测：斜面冲击试验，最大负载400kg，冲击速	2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					度：1m/s～2.5m/s，最大尺寸：(1.3×1.3) m	
		8	碰撞试验	包装 运输包装件 碰撞试验方法 GB/T 4857.20-1992 全条款	只测：半正弦波：脉冲持续时间：5ms～30ms；加速度：（40～700）m/s²；台面尺寸：1500mmx1500mm；碰撞频次≦85 次/min	2025-04-27
康复医疗设备						
1	神经和肌肉刺激器	1	ME 设备或 ME 系统的应用条件	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.4.1		2025-04-27
		2	ME 设备或 ME 系统的风险管理过程	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.4.2		2025-04-27
		3	输入功率	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.4.11		2025-04-27
		4	对电击的防护	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.6.2		2025-04-27
		5	运行模式	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.6.6		2025-04-27
		6	ME 设备识别、	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			标记和文件	安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.7		
		7	ME 设备或 ME 系统的外部标记	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.7.2		2025-04-27
		8	随机文件	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.7.9		2025-04-27
		9	应用部分的分类	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.8.3		2025-04-27
		10	输出幅度	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.12.1.101		2025-04-27
		11	脉冲参数	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.12.1.102		2025-04-27
		12	电极	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.12.2.101		2025-04-27
		13	电源电压波动	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.12.4.101		2025-04-27
		14	输出闭锁	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.12.4.102		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	输出指示	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.12.4.103		2025-04-27
		16	输出参数的限制	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 201.12.4.104		2025-04-27
		17	患者耦合电缆	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 202.7.1.11		2025-04-27
		18	患者耦合部件的末端	医用电气设备 第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.210-2021 202.8.3		2025-04-27
2	短波治疗设备	1	ME 设备试验的通用要求	医用电气设备 第 2-3 部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.203-2020 201.5		2025-04-27
		2	ME 设备识别、标记和文件	医用电气设备 第 2-3 部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.203-2020 201.7		2025-04-27
		3	ME 设备对电击危险的防护	医用电气设备 第 2-3 部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.203-2020 201.8		2025-04-27
		4	控制器和仪表的准确性和危险输出的防护	医用电气设备 第 2-3 部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.203-2020 201.12.1		2025-04-27
		5	最大允许输出功率	医用电气设备 第 2-3 部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.203-2020 201.12.4.101		2025-04-27
		6	输出降低方法	医用电气设备 第 2-3 部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.203-2020 201.12.4.102		2025-04-27
		7	激励输出	医用电气设备 第 2-3 部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.203-2020 201.12.4.103		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	可调定时器	医用电气设备 第2-3部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.203-2020 201.12.4.104		2025-04-27
3	微波治疗设备	1	ME设备或ME设备部件的外部标记	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.7.2		2025-04-27
		2	ME设备或ME设备部件的内部标记	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.7.3		2025-04-27
		3	控制装置	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.7.4.2		2025-04-27
		4	使用说明书	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.7.9.2		2025-04-27
		5	技术说明书	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.7.9.3		2025-04-27
		6	ME设备对电击危险的防护	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.8		2025-04-27
		7	ME设备和ME系统对机械危险的防护	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020		2025-04-27
		8	非期望辐射	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.10.3.101		2025-04-27
		9	微波辐射的泄漏	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.10.3.102		2025-04-27
		10	微波功率的限制	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.10.3.103		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	对超温和其他危险（源）的防护	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.11		2025-04-27
		12	控制器和仪表的准确性	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.12		2025-04-27
		13	输出指示器	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.12.4.2.101		2025-04-27
		14	降低输出方法	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.12.4.101		2025-04-27
		15	激励输出	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.12.4.102		2025-04-27
		16	可调定时器	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.12.4.103		2025-04-27
		17	停止输出	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.12.4.104		2025-04-27
		18	最大功率输出	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.12.4.105		2025-04-27
		19	外壳及罩盖	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 201.15.4.101		2025-04-27
		20	通用试验设置	医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.206-2020 202.4.3.101		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	医用毯、垫或床垫式加热设备	1	基本性能	医用电气设备 第2-35部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.4.3		2025-04-27
		2	ME设备或ME系统替代的风险控制措施或试验方法	医用电气设备 第2-35部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.4.5		2025-04-27
		3	设备的组合	医用电气设备 第2-35部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.4.101		2025-04-27
		4	ME设备和ME系统的分类	医用电气设备 第2-35部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.6		2025-04-27
		5	ME设备标识、标记和文件	医用电气设备 第2-35部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.7		2025-04-27
		6	ME设备对电击危险的防护	医用电气设备 第2-35部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.8	不测 201.8.8.4	2025-04-27
		7	ME设备和ME系统对机械危险的防护	医用电气设备 第2-35部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.9		2025-04-27
		8	对超温和其他危险的防护	医用电气设备 第2-35部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.11		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	控制器和仪表的准确性	医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.12.1		2025-04-27
		10	报警系统	医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.12.3		2025-04-27
		11	危险输出的防护	医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.12.4		2025-04-27
		12	特定的危害处境	医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.13.1		2025-04-27
		13	预期接入 IT—网络的 PEMS	医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.14.13		2025-04-27
		14	ME 设备元器件和通用组件	医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 201.15.4	不测 15.4.102	2025-04-27
		15	电磁兼容性—要求和测试	医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.235-2021 202		2025-04-27
5	肌电及诱发反应设备	1	ME 设备和 ME 系统的风险管理过程	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.4.2		2025-04-27
		2	基本性能	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.4.3		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	输入功率	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.4.11		2025-04-27
		4	ME 设备试验的通用要求	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.5		2025-04-27
		5	ME 设备和 ME 系统的分类	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.6		2025-04-27
		6	ME 设备识别、标记和文件	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.7		2025-04-27
		7	ME 设备对电击危险的防护	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.8		2025-04-27
		8	ME 设备和 ME 系统对机械危险的防护	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.9		2025-04-27
		9	ME 设备的超温	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.11.1		2025-04-27
		10	ME 设备供电电源/供电网的中断	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.11.8		2025-04-27
		11	控制器和仪表的准确性	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.12.1		2025-04-27
		12	附加的可用性要求	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.12.2.201		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	报警系统	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.12.3		2025-04-27
		14	危险输出的防护	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.12.4		2025-04-27
		15	ME 设备部件的电源中断	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 201.16.8		2025-04-27
		16	电磁兼容性-要求和测试	医用电气设备 第 2-40 部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.240-2021 202		2025-04-27
6	医用病床	1	通用要求	医用电气设备第 2-53 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.4		2025-04-27
		2	ME 设备试验的通用要求	医用电气设备第 2-54 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.5		2025-04-27
		3	ME 设备标识、标记和文件	医用电气设备第 2-55 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.7		2025-04-27
		4	ME 设备对电击危险（源）的防护	医用电气设备第 2-56 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.8		2025-04-27
		5	ME 设备的机械危险	医用电气设备第 2-57 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.9.1	不测 201.9.1.101	2025-04-27
		6	俘获区域	医用电气设备第 2-58 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.9.2.2		2025-04-27
		7	非预期的运动	医用电气设备第 2-59 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.9.2.3.1		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	不稳定性-失衡	医用电气设备第 2-60 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.9.4.2		2025-04-27
		9	支撑系统相关的机械危险	医用电气设备第 2-62 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.9.8		2025-04-27
		10	防止患者意外跌落	医用电气设备第 2-63 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.9.101		2025-04-27
		11	正常使用时的最高温度	医用电气设备第 2-64 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.11.1.1		2025-04-27
		12	水或微粒物质侵入 ME 设备和 ME 系统	医用电气设备第 2-65 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.11.6.5		2025-04-27
		13	ME 设备和 ME 系统的清洗和消毒	医用电气设备第 2-66 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.11.6.6		2025-04-27
		14	ME 设备的供电电源/供电网中断	医用电气设备第 2-67 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.11.8		2025-04-27
		15	ME 设备的可用性	医用电气设备第 2-68 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.12.2		2025-04-27
		16	ME 设备危险情况和故障状态	医用电气设备第 2-69 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.13		2025-04-27
		17	ME 设备的结构	医用电气设备第 2-70 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.15		2025-04-27
		18	限制移动	医用电气设备第 2-71 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.15.4.6.2		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		19	机械强度	医用电气设备第 2-72 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.15.4.7.1		2025-04-27
		20	进液	医用电气设备第 2-73 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.15.4.7.3		2025-04-27
		21	床头/床脚板组件	医用电气设备第 2-74 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.15.4.101		2025-04-27
		22	床垫固定	医用电气设备第 2-75 部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.252-2021 201.15.4.102		2025-04-27
7	热垫式治疗仪	1	使用性能	热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.2		2025-04-27
		2	外观	热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.3		2025-04-27
		3	说明书的要求	热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.4		2025-04-27
		4	安全	热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.5		2025-04-27
		5	电磁兼容性	热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.6		2025-04-27
		6	环境试验要求	热垫式治疗仪 YY/T 0165-2016 4.7		2025-04-27
8	神经和肌肉刺激器用电极	1	尺寸规格	神经和肌肉刺激器用电极 YY/T 0868-2021 4.1		2025-04-27
		2	阻抗	神经和肌肉刺激器用电极 YY/T 0868-2021 4.2.1		2025-04-27
		3	粘性	神经和肌肉刺激器用电极 YY/T 0868-2021 4.2.2		2025-04-27
		4	连接	神经和肌肉刺激器用电极 YY/T 0868-2021 4.2.3		2025-04-27
		5	不可拆卸电极	神经和肌肉刺激器用电极 YY/T 0868-2021 4.2.4		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			连接线的稳固性			
		6	使用说明书	神经和肌肉刺激器用电极 YY/T 0868-2021 4.4		2025-04-27
		7	外观	神经和肌肉刺激器用电极 YY/T 0868-2021 4.5		2025-04-27
9	干扰电治疗设备	1	工作频率	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.2		2025-04-27
		2	输出电流（r.m.s）	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.3		2025-04-27
		3	不同负载下的电流变化率	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.4		2025-04-27
		4	调制频率	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.5		2025-04-27
		5	调幅度	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.6		2025-04-27
		6	差频频率	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.7		2025-04-27
		7	差频变化周期（如适用）	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.8		2025-04-27
		8	动态节律（如适用）	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.9		2025-04-27
		9	定时装置	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.10		2025-04-27
		10	电极的性能要求	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.11.1		2025-04-27
		11	电极的电流密度	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.11.2		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	抽吸力	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.12		2025-04-27
		13	噪声	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.13		2025-04-27
		14	外观	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.14		2025-04-27
		15	使用说明书	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.15		2025-04-27
		16	安全要求	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.16		2025-04-27
		17	环境试验要求	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.17		2025-04-27
		18	电磁兼容性要求	干扰电治疗设备 YY/T 0951-2015 5.19		2025-04-27
10	肘、膝关节被动运动设备	1	角度范围及允差	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.2.1		2025-04-27
		2	角速度	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.2.2		2025-04-27
		3	治疗时间	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.2.3		2025-04-27
		4	手持操作器	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.3.1		2025-04-27
		5	固定肢体的支架	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.3.2		2025-04-27
		6	意外断电	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.4		2025-04-27
		7	承重载荷	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.5		2025-04-27
		8	警示信息	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.6		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	疲劳试验	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.7		2025-04-27
		10	工作噪声	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.8		2025-04-27
		11	外观	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.9.1		2025-04-27
		12	安全要求	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.10		2025-04-27
		13	环境试验要求	肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 4.11		2025-04-27
11	熏蒸治疗仪	1	工作条件	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.1		2025-04-27
		2	熏蒸温度	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.2		2025-04-27
		3	熏蒸时间	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.3		2025-04-27
		4	防干烧功能	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.4		2025-04-27
		5	安全保护功能	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.5		2025-04-27
		6	外观	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.7		2025-04-27
		7	使用说明书	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.8		2025-04-27
		8	安全	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.9		2025-04-27
		9	电磁兼容性	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.10		2025-04-27
		10	环境试验要求	熏蒸治疗仪 YY/T 1306-2016 5.11		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
12	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件	1	工作条件	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件 YY/T 1491-2016 4.1		2025-04-27
		2	牵引用床	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件 YY/T 1491-2016 4.2		2025-04-27
		3	牵引用椅	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件 YY/T 1491-2016 4.3		2025-04-27
		4	附件	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件 YY/T 1491-2016 4.4		2025-04-27
		5	外观	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件 YY/T 1491-2016 4.5		2025-04-27
		6	环境要求	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件 YY/T 1491-2016 4.6		2025-04-27
		7	安全要求	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件 YY/T 1491-2016 4.7		2025-04-27
		8	电磁兼容性	电动颈腰椎牵引用床、椅和附件 YY/T 1491-2016 4.8		2025-04-27
13	平衡测试训练系统	1	工作条件	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.1		2025-04-27
		2	测试范围及精度	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.2		2025-04-27
		3	反应一致性	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.3		2025-04-27
		4	各测力板间测量误差	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.4		2025-04-27
		5	重心轨迹	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.5		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	测试区域	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.6		2025-04-27
		7	稳定性	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.7		2025-04-27
		8	握持装置	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.8		2025-04-27
		9	噪声	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.9		2025-04-27
		10	使用说明书	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.10		2025-04-27
		11	软件要求	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.11		2025-04-27
		12	外观	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.12		2025-04-27
		13	安全要求	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.14		2025-04-27
		14	环境试验要求	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.15		2025-04-27
		15	电磁兼容性要求	平衡测试训练系统 YY/T 1410-2016 6.16		2025-04-27
14	肌电生物反馈仪	1	反馈指示	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.2		2025-04-27
		2	反馈阈值的准确度	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.3		2025-04-27
		3	工频噪声的抑制	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.4		2025-04-27
		4	显示系统	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.5		2025-04-27
		5	外观	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.6		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	使用说明书	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.7		2025-04-27
		7	安全要求	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.8		2025-04-27
		8	环境试验要求	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.9		2025-04-27
		9	电磁兼容性要求	肌电生物反馈仪 YY/T 1095-2015 5.11		2025-04-27
15	肢体加压理疗设备	1	治疗程序	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.1		2025-04-27
		2	治疗压强	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.2		2025-04-27
		3	过压保护	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.3		2025-04-27
		4	功能开关	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.4		2025-04-27
		5	释压措施	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.5		2025-04-27
		6	故障提示	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.6		2025-04-27
		7	工作噪声	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.7		2025-04-27
		8	加压腔体和连接管路	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.8	不测 5.8.4 生物相容性	2025-04-27
		9	连接	肢体加压理疗设备通用技术要求 YY/T 0833-2020 5.9		2025-04-27
16	电针治疗仪	1	输出	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.2		2025-04-27
		2	治疗时间	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.3		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	输出通道独立控制	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.4		2025-04-27
		4	通道间干扰	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.5		2025-04-27
		5	输出通道的标识	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.6		2025-04-27
		6	输出短路和开路的保护	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.7		2025-04-27
		7	电极针连接器和电极线	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.9		2025-04-27
		8	安全要求	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.10		2025-04-27
		9	电磁兼容性	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.11		2025-04-27
		10	环境试验要求	电针治疗仪 YY 0780-2018 4.12		2025-04-27
17	电动颈腰椎牵引治疗设备	1	牵引模式	电动颈腰椎牵引治疗设备 YY/T 0697-2016 3.2		2025-04-27
		2	牵引力	电动颈腰椎牵引治疗设备 YY/T 0697-2016 3.3		2025-04-27
		3	计时	电动颈腰椎牵引治疗设备 YY/T 0697-2016 3.4		2025-04-27
		4	紧急保护措施	电动颈腰椎牵引治疗设备 YY/T 0697-2016 3.5		2025-04-27
		5	角度牵引	电动颈腰椎牵引治疗设备 YY/T 0697-2016 3.6		2025-04-27
		6	工作噪声	电动颈腰椎牵引治疗设备 YY/T 0697-2016 3.7		2025-04-27
		7	外观及结构	电动颈腰椎牵引治疗设备 YY/T 0697-2016 3.8		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
18	康复训练器械	1	整体结构设计要求	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.1		2025-04-27
		2	安全防护装置	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.2		2025-04-27
		3	部件结构设计要求	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.3		2025-04-27
		4	整机稳定性要求	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.4		2025-04-27
		5	机械强度要求	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.5		2025-04-27
		6	外观要求	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.6		2025-04-27
		7	软包要求	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.7		2025-04-27
		8	表面涂层	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.8		2025-04-27
		9	环保要求	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.9		2025-04-27
		10	安全使用寿命	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.11		2025-04-27
		11	固定安装在墙体、地面或顶部器械的安装要求	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 5.12		2025-04-27
		12	标志与标签	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 7.1		2025-04-27
		13	警告标记与注意事项	康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 7.2		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
19	电子加热灸疗设备	1	治疗温度	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.1		2025-04-27
		2	定时功能	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.2		2025-04-27
		3	工作噪声	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.3		2025-04-27
		4	其他功能	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.4		2025-04-27
		5	灸头、灸垫的面积尺寸	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.5		2025-04-27
		6	灸垫的其他要求	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.6		2025-04-27
		7	使用说明书	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.8		2025-04-27
		8	外观	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.9		2025-04-27
		9	安全要求	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.10		2025-04-27
		10	电磁兼容性	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.11		2025-04-27
		11	环境试验要求	电子加热灸疗设备 YY/T 1490-2016 5.12		2025-04-27
20	热磁振子治疗设备	1	外观	热磁振子治疗设备 YY/T 0982-2016 4.2		2025-04-27
		2	性能	热磁振子治疗设备 YY/T 0982-2016 4.3		2025-04-27
		3	定时功能	热磁振子治疗设备 YY/T 0982-2016 4.4		2025-04-27
		4	使用说明书	热磁振子治疗设备 YY/T 0982-2016 4.6		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	电气安全	热磁振子治疗设备 YY/T 0982-2016 4.7		2025-04-27
		6	电磁兼容性	热磁振子治疗设备 YY/T 0982-2016 4.8		2025-04-27
		7	环境试验	热磁振子治疗设备 YY/T 0982-2016 4.9		2025-04-27
21	减重步行训练台	1	减重吊架	减重步行训练台 YY/T 0900-2013 5.1		2025-04-27
		2	步行训练台	减重步行训练台 YY/T 0900-2013 5.2		2025-04-27
		3	设备整体要求	减重步行训练台 YY/T 0900-2013 5.3		2025-04-27
		4	使用说明书	减重步行训练台 YY/T 0900-2013 5.4		2025-04-27
		5	安全要求	减重步行训练台 YY/T 0900-2013 5.5		2025-04-27
		6	环境试验要求	减重步行训练台 YY/T 0900-2013 5.6		2025-04-27
22	可调式康复训练床	1	活动部件	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.1		2025-04-27
		2	面、边角和管脚	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.2		2025-04-27
		3	结构设计	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.3		2025-04-27
		4	稳定性	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.4		2025-04-27
		5	机械强度	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.5		2025-04-27
		6	线性尺寸与角度要求	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.6		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	操作力	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.7		2025-04-27
		8	操作速度和时间	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.8		2025-04-27
		9	脚轮定位	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.9		2025-04-27
		10	噪声	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 5.10		2025-04-27
		11	尺寸与角度的要求	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 6.1		2025-04-27
		12	附件及强度要求	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 6.2		2025-04-27
		13	附加稳定性要求	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 6.3		2025-04-27
		14	有电线连接的手持式和踏板式控制器	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 7.1		2025-04-27
		15	电源软电线	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 7.2		2025-04-27
		16	电击危险防护	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 7.3		2025-04-27
		17	使用说明书	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 10		2025-04-27
		18	标签	可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 11		2025-04-27
23	电动上下肢圆周运动训练设备	1	被动模式	电动上下肢圆周运动训练设备 YY/T 1626-2019 5.2		2025-04-27
		2	主动模式	电动上下肢圆周运动训练设备 YY/T 1626-2019 5.3		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	操作控制	电动上下肢圆周运动训练设备 YY/T 1626-2019 5.4		2025-04-27
		4	对称性监测	电动上下肢圆周运动训练设备 YY/T 1626-2019 5.5		2025-04-27
		5	痉挛保护	电动上下肢圆周运动训练设备 YY/T 1626-2019 5.6		2025-04-27
		6	结构与安全措施	电动上下肢圆周运动训练设备 YY/T 1626-2019 5.7		2025-04-27
		7	稳定性	电动上下肢圆周运动训练设备 YY/T 1626-2019 5.8		2025-04-27
		8	附加功能	电动上下肢圆周运动训练设备 YY/T 1626-2019 5.9		2025-04-27
24	微波热疗设备	1	工作频率	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.2.1		2025-04-27
		2	输出功率	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.2.2		2025-04-27
		3	测温控制	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.2.3		2025-04-27
		4	驻波比	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.2.4		2025-04-27
		5	定时装置	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.2.5		2025-04-27
		6	功能要求	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.2.6		2025-04-27
		7	外观	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.2.7		2025-04-27
		8	使用说明书	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.3		2025-04-27
		9	微波辐射	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.4		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	安全要求	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.5	不测 GB9706.6-2007	2025-04-27
		11	电磁兼容	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.6		2025-04-27
		12	环境试验	微波热疗设备 YY 0839-2011 5.7		2025-04-27
25	医用控温仪	1	升温性能	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.1		2025-04-27
		2	降温性能	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.2		2025-04-27
		3	具有体温传感器的控温仪	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.3		2025-04-27
		4	患者热交换部分尺寸	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.4.1		2025-04-27
		5	承重	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.4.2		2025-04-27
		6	密闭性	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.4.3		2025-04-27
		7	工作噪声	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.5		2025-04-27
		8	提示	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.6		2025-04-27
		9	环境试验	医用控温仪 YY/T 0952-2022 5.10		2025-04-27
26	神经和肌肉刺激器输出特性的测量	1	有效值的测量	神经和肌肉刺激器输出特性的测量 YY/T 0696-2021 5.1		2025-04-27
		2	电流密度	神经和肌肉刺激器输出特性的测量 YY/T 0696-2021 5.2		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	输出幅度	神经和肌肉刺激器输出特性的测量 YY/T 0696-2021 5.3		2025-04-27
		4	脉冲能量	神经和肌肉刺激器输出特性的测量 YY/T 0696-2021 5.4		2025-04-27
		5	脉冲宽度	神经和肌肉刺激器输出特性的测量 YY/T 0696-2021 5.5		2025-04-27
		6	脉冲重复频率	神经和肌肉刺激器输出特性的测量 YY/T 0696-2021 5.6		2025-04-27
		7	直流分量	神经和肌肉刺激器输出特性的测量 YY/T 0696-2021 5.7		2025-04-27
27	普通固定式康复训练床	1	外观	普通固定式康复训练床 GB/T 20403-2006 5.1		2025-04-27
		2	性能要求	普通固定式康复训练床 GB/T 20403-2006 5.2		2025-04-27
28	压电式冲击波治疗仪	1	空间测量	声学 医用体外压力脉冲碎石机的声场特性和测量标准 GB/T 16407-2006 7.1		2025-04-27
		2	时域测量	声学 医用体外压力脉冲碎石机的声场特性和测量标准 GB T 16407-2006 7.1		2025-04-27
		3	声能量测量	声学 医用体外压力脉冲碎石机的声场特性和测量标准 GB T 16407-2006 7.1		2025-04-27

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证